

| | NOME E COGNOME | FUNZIONE |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| REDAZIONE GRUPPO DI LAVORO | Pasqualina Piras | Collaboratore Amministrativo SC Trattamento Giuridico Economico ARES |
| | Andreuccia Unali | Assistente Amministrativo Fisica Sanitaria ASL n. 1 Sassari |
| | Fabrizia Fabbri | Tecnico Sanitario Radiologia Medica Fisica Sanitaria ASL n. 1 Sassari |
| | Caterina Brundu | Dirigente Medico SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management ARES |
| | Margherita Maria Luisa Gaspa | Coordinatrice adempimenti obbligatori INPS e INAIL SC Trattamento Giuridico Economico ARES |
| | Antonello Saba | Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Fisica Sanitaria ASL n.1 Sassari |
| VERIFICA | Patrizia Sollai | Direttore SC Trattamento Giuridico Economico ARES |
| | Matteo Tamponi | Dirigente Fisica Medica, Esperto di Radioprotezione Fisica Sanitaria ASL n. 1 Sassari |
| | Antonella Virdis | Direttore SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management ARES |
| APPROVAZIONE | Vito Leonardo Giuseppe La Spina | Direttore Sanitario ASL n.1 Sassari |

| Stato delle revisioni | | | | | |
|-----------------------|------|---------|---------|------------------------|-----------|
| Indice Rev. | Data | Par. n. | Pag. n. | Sintesi della modifica | Redazione |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  ASL Sassari Azienda socio-sanitaria locale Fisica Sanitaria | Edizione 21/05/2022 Pagina 2 di 6 | Procedura Posizione Assicurativa INAIL per Impianti Radiologici e Sorgenti Radioattive ASL n.1 di Sassari |  ARES Sardegna SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management |
|---|---|--|--|

INDICE

| | |
|--|---|
| 1. Scopo..... | 3 |
| 2. Campo di applicazione..... | 3 |
| 3. Acronimi e Definizioni..... | 3 |
| 4. Matrice delle Responsabilità | 4 |
| 5. Responsabilità e Funzioni a carico della ASL di Sassari | 5 |
| 6. Responsabilità e funzioni a carico dell'ARES | 6 |
| 7. Riferimenti normativi..... | 6 |
| 8. Modulistica | 6 |

1. Scopo

Lo scopo del presente documento *“Procedura Assicurativa INAIL per gli impianti radiologici e le sorgenti radioattive”* utilizzate nella ASL n.1 di Sassari è quello di garantire la corretta copertura assicurativa ed il corretto pagamento delle polizze, evitando il rischio di pagare premi non dovuti.

2. Campo di applicazione

Le procedure INAIL devono essere applicate a tutti gli Impianti Radiologici e a tutte le Sorgenti Radioattive utilizzate presso le Strutture Sanitarie Ospedaliere e Distrettuali della ASL n. 1 di Sassari¹.

3. Acronimi e Definizioni

| | |
|-------|---|
| IR | Impianti Radiologici |
| PA | Posizione Assicurativa |
| SR | Sorgenti Radioattive |
| RIR | Responsabile Impianti Radiologici |
| SAGPA | Struttura ARES Gestione Posizioni Assicurative Impianti Radiologici ASL |

¹ Legge 93/1958 del 20/02/58 e s.m.i

4. Matrice delle Responsabilità

| Funzione | Responsabile Impianti Radiologici (RIR) | Struttura ARES Gestione Posizioni Assicurative Impianti Radiologici ASL (SAGPA) | Servizio Fisica Sanitaria |
|---|--|---|---------------------------------|
| Attività | | | |
| Accettazione dell'Impianto Radiologico e rilascio del benestare all'uso clinico | R | | C |
| Revoca definitiva del benestare all'uso clinico dell'impianto radiologico | R | | C |
| Comunicazione alla SAGPA di inserimento o cessazione nella PA (Modulo IR) | | C | R |
| Denuncia di variazione IR sul portale INAIL | | R | C |
| Invio entro il 15 Gennaio alla Fisica Sanitaria dell'elenco degli IR con PA attiva al 31 Dicembre | | R | C |
| Verifica della coerenza tra le PA attive al 31 Dicembre di ogni anno e i propri elenchi degli Impianti Radiologici in uso e comunicazione dell'esito al SAGPA entro il 30 Gennaio | | C | R |
| Comunicazione a consuntivo delle Sorgenti Radioattive al SAGPA (Modulo SR) entro il 15 Gennaio dell'anno successivo alla detenzione | | C | R |
| Denuncia sul portale INAIL di variazione SR entro il 30 Gennaio | | R | C |
| Liquidazione dei premi assicurativi annuali | | R | C |
| Avvio delle verifiche con INAIL in caso di esito negativo della verifica effettuata dalla Fisica Sanitaria | | R | C |

Legenda: R: Responsabile Azione C: Coinvolto

| | | | |
|--|---|--|---|
|  ASL Sassari Azienda socio-sanitaria locale | Edizione 21/05/2022 Pagina 5 di 6 | Procedura Posizione Assicurativa INAIL per Impianti Radiologici e Sorgenti Radioattive ASL n.1 di Sassari |  ARES Sardegna SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management |
|--|---|--|---|

5. Responsabilità e Funzioni a carico della ASL n. 1 di Sassari

5.1 Inserimento e Cessazione nella Posizione Assicurativa degli Impianti Radiologici.

L'**inserimento** nella Posizione Assicurativa (PA) deve avvenire in occasione dell'accettazione dell'Impianto Radiologico e immediatamente dopo il rilascio del *“giudizio di idoneità all'uso clinico”*² da parte del Responsabile Impianti Radiologici (RIR).

La **cessazione** nella PA deve avvenire a seguito della revoca definitiva del *“giudizio di idoneità all'uso Clinico”* dell'impianto radiologico da parte del RIR.

Il Servizio Fisica Sanitaria, con l'apposita modulistica (Modulo IR), comunica alla Struttura ARES Gestione Posizioni Assicurative Impianti Radiologici ASL (SAGPA) l'inserimento o la cessazione nella PA.

La SAGPA, ricevuta la comunicazione dalla Fisica Sanitaria, deve effettuare la denuncia di variazione sul portale INAIL.

5.2 Allineamenti della Posizione Assicurativa degli Impianti Radiologici

La SAGPA, entro il 15 Gennaio di ogni anno, invia alla Fisica Sanitaria l'elenco degli Impianti Radiologici con PA attiva al 31 Dicembre.

La Fisica Sanitaria deve verificare la coerenza tra le PA aperte al 31 Dicembre di ogni anno indicate dal modulo di sintesi trasmesso dal SAGPA e i propri elenchi degli Impianti Radiologici in uso e deve comunicare l'esito della verifica alla SAGPA entro il 30 Gennaio di ogni anno con documento datato e firmato.

5.3 Comunicazione Sorgenti Radioattive

La Fisica Sanitaria, entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla detenzione delle sorgenti radioattive, deve comunicare alla SAGPA l'elenco a consuntivo (Modulo SR) delle sorgenti radioattive, così da consentire alla SAGPA di effettuare a sua volta la denuncia sul portale INAIL entro il 30 Gennaio.

² Legge 101/2020 Art. 163, comma 6

6. Responsabilità e funzioni a carico dell'ARES

La SAGPA, ricevuta comunicazione dell'esito positivo della verifica degli IR da parte della Fisica Sanitaria, procede alla liquidazione dei premi assicurativi annuali; in caso di esito negativo deve avviare le necessarie verifiche con l'INAIL.

La SAGPA, a seguito della comunicazione INAIL del premio dovuto per le SR, provvederà alla liquidazione dello stesso secondo le scadenze indicate dalla stessa INAIL.

7. Riferimenti normativi

- Legge n°93 del 20/02/1958
 - D.P.R. n°1055 del 04/08/1960
 - Legge n°1103 del 04/08/1965
 - Legge n°251 del 10/05/1982e s.m.i
 - Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996

8. Modulistica

Modulo IR Inserimenti/cessazioni impianti radiologici.

Modulo SR Sorgenti radioattive utilizzate.