

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI D.P.I.

STAZIONE APPALTANTE

- AZIENDA: ASL n.1 Sassari –Via Cattalochino,9 –07100 Sassari.
- STRUTTURA COMPETENTE: SC Contratti Appalti, Acquisti e Magazzini Economali.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giovanni Maria Pulino.
- REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Maria Laura Serra.

PREMESSA

Questa Amministrazione con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato non vincolante ed utile per l'individuazione di operatori economici del settore e finalizzata alla formalizzazione di una procedura concorrenziale ai sensi del D.lgs.36/2023 mediante trattativa telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato in questa indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura di cui sopra.

L'ASL n. 1 di Sassari si riserva pertanto in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, anche una volta acquisite le manifestazioni di interesse, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'operatore economico, ovvero procedere comunque anche in presenza di manifestazioni d'interesse ad estendere l'invito ad altri operatori economici al fine di favorire la massima partecipazione.

SPECIFICHE DELLA FORNITURA

La fornitura di D.P.I. è necessaria per tutte le strutture dell'ASL n. 1 di Sassari.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DPI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE E NORMATIVE
FACCIALE FILTRANTE FFP2	<p>DPI di III cat. ai sensi del Regolamento (EU) 2016/425 certificata CE 2797 FFP2 NR ai sensi della norma EN 149:2001 + A1:2009.</p> <p>Caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastic - barretta nasale conformabile - bordo di tenuta in morbido materiale anallergico
FACCIALE FILTRANTE FFP3	<p>DPI di III cat. ai sensi del Regolamento (EU) 2016/425</p> <p>Caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastic - barretta nasale conformabile - bordo di tenuta in morbido materiale anallergico - certificata per la protezione da agenti biologici e aerosol solidi e liquidi - imbustata singolarmente <p>Corrispondente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione per la protezione agenti infettivi (biologici) del Gruppo 2 e 3 elencati nell'allegato III Direttiva 54/2000/CE; - Certificazione protezione aerosol solidi e liquidi in conformità alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009 con classificazione FFP3 NR D <p>Testata in conformità alla Norma Tecnica EN 14683:2019 +AC 2019 appendice B</p>
MASCHERINE CHIRURGICHE	<p>Dispositivo medico (DM) di <i>classe I</i> quindi deve rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2011/745</p>
CAMICI MONOUSO	<p>Certificato secondo il Regolamento UE 2016/425</p> <p>Caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbigliamento di protezione chimica parziale, Categoria III, Type PB [6-B] - EN 14126 (barriera contro agenti infettivi) - Cuciture interne rinforzate - Colletto. - Chiusura con bottoni automatici (o soluzioni similari). - Senza tasche. <p>Elastico ai polsi</p>
CALZARI MONOUSO	<p>Normativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 indumenti di protezione chimica per il corpo parziale, categoria III, tipo PB [6-B] - EN 14126 (barriera agli agenti infettivi) <p>Trattamento antistatico (EN 1149-1) - su entrambi i lati</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impermeabile - Soprattutto fino al ginocchio altezza 50 cm circa. - Cuciture interne e suola antiscivolo - Parte superiore elasticizzata. - Suola antiscivolo
CUFFIE CHIRURGICHE	<p>DPI di I cat monouso</p> <p>materiale TNT fornite di elastico</p> <p>Certificazione CE 2016/425 – UNI EN 14126: 2004</p>

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli interessati dovranno far pervenire:

-la propria manifestazione d'interesse, modulo di invito, redatta e sottoscritta dal proprio legale rappresentante con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;

La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "fornitura di D.P.I. per la ASL 1 di Sassari".

Il modulo di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo: acquisti.gare@pec.aslsassari.it

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:

ore 13:00 del giorno 23/05/2025

Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Maria Pulino – tel. 079/2061882 – mail: giovannimaria.pulino@aslsassari.it

IFO della SC Contratti, Appalti, Acquisti e Magazzini Economali
Dott. Giovanni Maria Pulino