

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO FULL RISK DI STRUMENTAZIONE E CONSUMABILI DEDICATI PER LA DETERMINAZIONE DI BASSI LIVELLI DELL'EMOGLOBINA LIBERA NEI CAMPIONI DI SIERO, PLASMA, SOLUZIONI ACQUOSE O ERITROCITI CONSERVATI – DIASPECT T-LOW O EQUIVALENTE, PER I CENTRI TRASFUSIONALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. SEGNI” DI OZIERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CIVILE DI ALGHERO - ASL N. 1 DI SASSARI

STAZIONE APPALTANTE

- AZIENDA: ASL n.1 Sassari – Via Enrico Costa n. 57 – 07100 Sassari.
- STRUTTURA COMPETENTE: SC Contratti Appalti, Acquisti e Magazzini Economici.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giovanni Maria Pulino.
- REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Costanza Polo

PREMESSA

Questa Amministrazione con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato non vincolante ed utile per l'individuazione di operatori economici del settore e finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto attraverso procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato in questa indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura di cui sopra.

L'ASL n. 1 di Sassari si riserva, pertanto, in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, anche una volta acquisite le manifestazioni di interesse, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'operatore economico, ovvero procedere comunque anche in presenza di manifestazioni d'interesse ad estendere l'invito ad altri operatori economici al fine di favorire la massima partecipazione.

SPECIFICHE DELLA FORNITURA

- Sistema di **DIASPECT T-LOW** o **equivalente** per i servizi Trasfusionali dei Presidio Ospedaliero “A. Segni” di Ozieri e del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero con le seguenti caratteristiche:

- 1- consente l'invio delle misurazioni ad un software dedicato che effettua anche il calcolo della presenza di emolisi nel campione analizzato;
- 2- consente la misurazione di emoglobina libera, grazie a delle cuvette di raccolta campione dedicate, in un solo secondo;
- 3- utilizza cuvette prive di reagente, garantendo che la scadenza sia la medesima indistintamente che la confezione sia aperta o chiusa;
- Noleggio con assistenza full risk;
- Fornitura di reattivi e diagnostici
- In caso di equivalenza trasmissione delle schede tecniche.

Specidiche tecniche	Quantità
i - DIASPECT T-LOW O EQUIVALENTE: con le seguenti caratteristiche Risultati in meno di 2 secondi - Range di misurazione: 0,3-30 g/L - Linearità: 0,3 – 30 g/L - Margine di imprecisione. 2% - Conforme agli standard ICSH - Ampio spettro fotometrico con compensazione di torbidità e di spargimento - Display colorato programmabile, con lettura risultati data e ora - Possibilità di selezionare la lingua e l'unità di misurazione - Controllo automatico dopo ogni misurazione - Fornito completo delle soluzioni di 2 livelli di controllo necessarie per il periodo di fornitura - La slitta porta cuvette motorizzata riduce il rischio di contaminazione - Lunga scadenza del micro cuvette: almeno 2 anni dalla data di produzione - Alimentatore: batterie ricaricabili, con possibilità di carica tramite corrente 100-240 V o con USB - Durata piena carica di circa 40 ore di utilizzo continuo - Dimensioni e peso contenuto completo di valigetta per il trasporto - Interfaccia: USB 2.0 - Marchio CE - Software per la connessione ad un PC e lì archiviazione delle determinazioni	<u>2</u>
DIASPECT Hemoglobin LOW Cuvette	<u>2600</u>
DiaSpect Hemolysis QC Control pack	<u>24</u>

DURATA

La durata del contratto è fissata in **24 mesi**

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse, **modulo di invito**, redatta e sottoscritta dal proprio legale rappresentante con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.

In caso di **equivalenza** dovranno far pervenire in allegato **schede tecniche** del prodotto offerto.

La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:

“Richiesta di affidamento della fornitura a noleggio full risk di strumentazione e consumabili dedicati per la determinazione di bassi livelli dell'emoglobina libera nei campioni di siero, plasma, soluzioni acquose o eritrociti conservati – diaspect t-low o equivalente per i centri trasfusionali del presidio ospedaliero “A. Segni” di Ozieri e del presidio ospedaliero civile di Alghero”

Il modulo di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo: acquisti.gare@pec.aslsassari.it.

Il **termine per la presentazione della manifestazione d'interesse** è fissato **in quindici giorni** dalla pubblicazione della presente manifestazione sul sito aziendale.

Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.

IFO della SC Contratti, Appalti, Acquisti e Magazzini Economici

Dott. Giovanni Maria Pulino