

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

Fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

Indice

PREMESSA

Sommario

ART. 1 -	3
ART. 2 -	3
ART. 3 -	3
ART. 4 -	4
ART. 5 -	7
ART. 6 -	7
ART. 7 -	7
ART. 8 -	7
ART. 9 -	8
ART. 10 -	11
ART. 11 -	15
ART. 12 -	16
ART. 13 -	16
ART. 14 -	17
ART. 15 -	17

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

PREMESSA

È necessario procedere all'acquisizione di uno ICP Massa per l'analisi dei contaminanti industriali su matrici biologiche

ART. 1 - OBIETTIVI DELL'AZIENDA

L'ASL n.1 di Sassari intende affidare all'Azienda aggiudicataria il servizio di fornitura chiavi in mano per il funzionamento di uno ICP massa ad alta risoluzione per l'analisi dei contaminanti industriali su matrici biologiche

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo contrattuale che costituisce la base d'asta per la fornitura di uno ICP massa triplo quadrupolo compreso campionatore per l'analisi dei contaminanti industriali su matrici biologiche e relativa assistenza pluriennale dell'affidamento è stimato non superiore a € **210.000,00 (IVA inclusa)**

In particolare, l'importo massimo riconosciuto è quello imposto dall'attuale Capitolato Speciale.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

Il presente capitolato regola la fornitura di n.1 Il sistema ICPMS deve rispondere ai requisiti di “Triplo Quadrupolo”, secondo definizione universalmente riconosciuta IUPAC: si intende ICPMS TRIPLO QUADRUPOLO “un sistema dove il Q1 e Q3 sono filtri di massa multipolo operanti esclusivamente con coppia RF/DC, con risoluzione di massa unitaria, in grado di rendere stabile solo la traiettoria di una e una sola massa (e rendendo pertanto instabili masse inferiori e masse superiori rispetto alla massa target).

In questa tecnologia la traiettoria degli ioni selezionabili è solo e soltanto parallela rispetto alla disposizione spaziale delle barre multipolari dei sistemi Q1 Q2 Q3.”

La società fornitrice dovrà fornire un periodo minimo di garanzia di 365 giorni solari full-risk durante i quali dovranno essere assicurati tutti i servizi di assistenza manutenzione e riparazione degli apparati e relativi accessori in fornitura e sostituzione delle parti di Ricambio difettose, facendosi carico di tutte le spese (viaggio, manodopera, trasporto, materiali) per il ripristino della loro funzionalità.

La garanzia deve decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

A decorrere dal giorno della comunicazione mediante pec della favorevole verifica di conformità, entro 15 giorni solari la società fornitrice dovrà provvedere all'esecuzione di un corso formativo di base sull'uso dello strumento.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

ICP MASSA

Scheda tecnica ICPMS

Il sistema ICPMS deve rispondere ai requisiti di “Triplo Quadrupolo”, secondo definizione universalmente riconosciuta IUPAC: si intende ICPMS TRIPLO QUADRUPOLO “un sistema dove il Q1 e Q3 sono filtri di massa multipolo operanti esclusivamente con coppia RF/DC, con risoluzione di massa unitaria, in grado di rendere stabile solo la traiettoria di una e una sola massa (e rendendo pertanto instabili masse inferiori e masse superiori rispetto alla massa target).

In questa tecnologia la traiettoria degli ioni selezionabili è solo e soltanto parallela rispetto alla disposizione spaziale delle barre multipolari dei sistemi Q1 Q2 Q3.”

Il sistema ICP MS Triplo quadrupolo, deve possedere i requisiti di seguito indicati:

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

- 1) Telecamera integrata a colori PLASMA nella zona della torcia per osservare in remoto dallo schermo del PC.
- 2) Generatore RF allo stato solido ad alta stabilità operante alla frequenza di 27.12 MHz, privo di parti in movimento (capacitori) e di power tube per il trasporto della RF, direttamente collegato alla bobina RF
- 3) Torcia smontabile in tre parti pre-allineate ad incastro, esente da dispositivi metallici che abbattano le scariche elettriche elettrostatiche
- 4) Bobina che avvolge la torcia, completamente rivestita in teflon, esente da corrosione
- 5) Sistema di apertura del vano di introduzione del campione per la rimozione dei coni e delle lenti di estrazione, senza interruzione del vuoto
- 6) Sistema di focalizzazione 3D a 90° di deflessione del fascio ionico ed eliminazione delle particelle neutre e fotoni, per mezzo di una lente di deflessione a 90°, a voltaggio fisso, con campo elettrico di tipo rotazionale per controllare le traiettorie spurie.

La lente di deflessione deve essere totalmente esente da manutenzione.
- 7) Sistema di guida ionica e cella di collisione/reazione Q-CELL, costituito da un quadrupolo a sezione quadrata, con funzione low mass CUT-OFF automatico, senza manutenzione e parti consumabili, che garantisca un'elevata trasmissione ionica contestualmente a un rumore di fondo < di 1 cps in tutte le modalità operative
- 8) I coni sampler e skimmer in lega di Nichel brevettata Nicone™ hanno un diametro dell'orifizio rispettivamente di 1,1 mm e 0,5 mm.

Lo skimmer cone inoltre, deve permettere di attivare da software la funzione con la quale si applica un potenziale elettrico a tensione variabile, che genera uno split del campione in ingresso, la cui funzione è quella di minimizzare i depositi in punta e gli effetti memoria.

Questa funzione, incrementa considerevolmente la durata dello skimmer cone e minimizza gli interventi di manutenzione.

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

9) Sistema di diluizione on-line con gas Argon gas modulabile, a seconda della % di TDS presente nel campione.

Il gas Argon deve entrare nel dispositivo in maniera radiale e tangenziale rispetto al percorso del campione in ingresso, per ottenere una migliore miscelazione ed omogeneità di diluizione.

Il livello di diluizione raccomandata, deve essere selezionabile in almeno 5 livelli gestiti da software e già preimpostate e ottimizzate dalla fabbrica.

Si devono poter analizzare campioni con introduzione diretta oltre il 35% di TDS.

10) Si richiede una funzione di gestione intelligente della matrice, che operi durante il carico veloce del campione: in pratica mentre non si effettuano letture, il flusso al Neb si deve poter ridurre automaticamente a 0,1 l/min e aumentare la tensione dello skimmer cone, generando un maggiore split del campione.

Questo riduce la quantità di matrice sull'interfaccia, evitando un sovraccarico sui coni e limitando al minimo la necessità di pulire i coni.

11) Funzione che ottimizzi le impostazioni delle lenti ioniche, per ogni singolo analita, fornendo la massima sensibilità in tutto l'intervallo di massa.

Attivabile in maniera automatica da software.

12) Funzione che permetta di pianificare l'analisi per qualsiasi ora del giorno o della notte.

Deve essere possibile programmare in modo automatico la procedura di avvio e messa a punto, compresa l'accensione del chiller, in maniera che lo strumento sia pronto per iniziare l'analisi, quando l'utilizzatore arriva in laboratorio, all'orario impostato.

13) Il quadrupolo analizzatore deve essere realizzato con aste di molibdeno di alta purezza, montate su supporti in ceramica.

14) Possibilità di collegamento a cromatografi ionici Dionex e gestibili dallo stesso software del ICPMS

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

15) Tutte le connessioni dello strumento, come acqua, alimentazione, gas, nonché lo scarico dal sistema di ventilazione per raffreddare l'elettronica, devono essere posizionate lateralmente e non posteriormente.

Questo per agevolare e semplifica eventuali ispezioni dell'operatore.

Le strumentazioni devono essere comprensive dei generatori di gas e liquidi di funzionamento e di quanto necessario per le analisi da espletarsi. "chiavi in Mano"

Tutta la strumentazione deve essere garantita e assistita per 3 anni

ART. 5 - CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE

Non Prevista

ART. 6 - INIZIO DELLA FORNITURA

L'inizio della fornitura deve avvenire entro tre mesi dall'aggiudicazione

ART. 7 - SEGRETEZZA E SICUREZZA DEI DATI

Il Soggetto Aggiudicatario deve garantire che la documentazione oggetto della fornitura sia trattata esclusivamente per gli scopi previsti dal presente capitolato nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy.

Oltre alle responsabilità derivanti dalla normativa in materia di privacy, in carenza o assenza di tutti quegli atti tesi a garantire l'integrità e la segretezza dei Dati, il Soggetto Aggiudicatario potrà essere chiamato a rispondere dei reati previsti dal Codice penale agli articoli 326 (rivelazione del segreto d'ufficio) 479 (falso ideologico), 490 (soppressione, distribuzione, occultamento di atti veri) e 635 (danneggiamento).

ART. 8 - FATTURAZIONE

Le fatture saranno emesse dopo il collaudo della Strumentazione

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

I criteri essenziali di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

- a) Qualità tecnica punti 80/100;
- b) Prezzo punti 20/100.

a) "Qualità tecnica"- fino a 80 (ottanta) punti - 80/100

La documentazione clinica-tecnica presentata da ciascun operatore economico sarà esaminata e valutata dalla Commissione Giudicatrice che attribuirà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio relativo al parametro qualità sulla base dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali è assegnato il sotto indicato punteggio:

	Criteri	Punti Max 80	Sub-criteri di valutazione	Punti sub- criteri Max
A	Frequenza di Lavoro del quadrupolo Q1	15	A1 = 4 MHZ	15
			A2 < 4 MHZ	4
			A3 <= 2 MHZ	0
B	Generazione di radio frequenza (RF) per l'attivazione del plasma	10	B1 RF= 27 MHz con frequenza variabile tra 380w e 1600w	10

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

			B2 RF= 27 MHz con frequenza variabile tra 500w e 1600w	3
			B3 RF< 27 MHz	0
C	Sistema di rimozione delle interferenze poliatomiche mediante cella di collisione/reazione costituita da multipolo quadrupolare con barre a sezione quadrata, progettata per operare come guida ionica ad alta efficienza. Il sistema deve garantire un efficace abbattimento delle interferenze attraverso il controllo automatico della corrente ionica in cella, con funzione di low mass cut-off automatico per l'eliminazione delle specie non target. La funzionalità deve essere assicurata in tutte le modalità operative (No Gas, Collisione/KED e Reazione), indipendentemente dal gas impiegato, dall'analita target e dalla matrice analitica.	20	C1 multipolo quadrupolare con barre a sezione quadrata senza bisogno di manutenzione periodica	20
			C2 Cella di diversa tipologia che necessita di manutenzione periodica	5
			C3 Non Presente	0
D	Range di Massa	10	D1 da 2 a 290 amu	10
			D2	4

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

			da 2 a <290 amu	
			D3 Range minore	0
E	Analizzatore di Massa a quadrupolo: con barre di Molibdeno in grado di generare un campo iperbolico che garantisce una stabilità di massa <0,025 amu in 24h	10	E1 Presente con barre di Molibdeno	10
			E2 con Barre di Acciaio	4
			E3 Non Presente	0
F	Videocamera integrata per l'osservazione in remoto del plasma e box torcia, direttamente del desktop del computer	15	F1 Presente	15
			F2 Non Presente	0

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella, la Commissione Giudicatrice attribuisce un coefficiente di valutazione, variabile da zero ad uno, ottenuto come media aritmetica di quello espresso da ciascun componente la Commissione utilizzando i seguenti valori:

Livelli prestazionali	Giudizio	Coefficiente di attribuzione
Ottimo	Proposta completa, rispondente in maniera ottimale alla richiesta	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta	0,60
Sufficiente	Proposta adeguata e significativa	0,40
Inadeguato	Proposta inadeguata e insufficiente rispetto alla richiesta/assenza di risposta	0,00

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

I coefficienti di valutazione verranno successivamente trasformati in punteggi assoluti (fino al secondo decimale arrotondato), moltiplicando i coefficienti attribuiti a ciascun sub-criterio per il relativo punteggio massimo, secondo la seguente formula:

Punteggio = coefficiente prescelto x punteggio massimo assegnabile al sub-criterio di valutazione

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti il cui punteggio qualitativo complessivo sia uguale o inferiore a 41 (quarantuno) punti sul totale di 80 (ottanta) punti.

b) Prezzo dell'appalto - fino a 20 (venti) punti – 20/100

All'offerta della Ditta che avrà proposto, in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, l'importo complessivo più basso, che non potrà superare l'importo indicato a base d'asta, sarà attribuito il punteggio massimo previsto (20 punti) e alle altre ditte punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$p = (20 \times pm)/P$$

in cui:

p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;

pm = *prezzo minore*;

P = *prezzo dell'offerta presa in considerazione*.

ART. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

In una o più sedute pubbliche, il Seggio di gara:

- 1) procederà a verificare le offerte inserite nel sistema entro i termini perentori indicati nel bando;
- 2) procederà all'apertura telematica della Busta Amministrativa/di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti allegati e all'inventariazione degli stessi; in caso di documentazione incompleta potrà richiedere l'integrazione dei documenti incompleti, tramite la funzionalità (messaggistica) della piattaforma telematica, precisando il termine nel quale la documentazione amministrativa integrativa dovrà essere prodotta a pena di esclusione dalla gara. Fino alla scadenza del termine il concorrente verrà considerato ammesso alla gara "con riserva". Con successiva nota, ai concorrenti ammessi con riserva verrà comunicata la decisione assunta in merito all'ammissione. In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica.

- 3) procederà all'apertura telematica, in presenza della Commissione Giudicatrice (precedentemente nominata), della Busta Tecnica e alla verifica del contenuto delle medesime che verranno consegnate a quest'ultima per la opportuna valutazione.

Nel caso in cui vi siano operatori economici ammessi con riserva, la Stazione appaltante provvederà a comunicare a tutti i concorrenti ammessi, e all'interessato, la decisione assunta in merito all'ammissione.

In caso di esclusione di una impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

In ogni caso la Stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora in cui si terranno le sedute pubbliche.

In una più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice, procederà all'analisi delle offerte e all'attribuzione dei punteggi secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara.

Successivamente la Stazione appaltante comunicherà sempre per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche.

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice supportata dal seggio di gara, provvederà:

- a rendere noti i punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e all’Inserimento a sistema degli stessi;
 - ad aprire le Buste Economiche per le Ditte ritenute idonee ed ammesse e con l’ausilio della piattaforma telematica verrà calcolata la soglia di anomalia, e determinata la graduatoria provvisoria, per ciascun lotto, secondo i punteggi di prezzo e qualità ottenuti.
 - In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo), si procederà, se possibile seduta stante, come segue:
 - a. i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo, saranno invitati a migliorare l’offerta mediante rilanci da effettuarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica entro un termine massimo di tre ore, che varrà quale nuova e definitiva offerta;
 - b. in caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio;
- oppure:
- c. verrà stabilito un ulteriore termine di presentazione di una nuova offerta economica solo per le ditte che hanno ottenuto lo stesso punteggio. Si procederà pertanto in seduta pubblica all’apertura delle nuove offerte economiche presentate ed alla ri-formulazione della graduatoria, per ciascun lotto, secondo i nuovi punteggi di prezzo.

La Stazione Appaltante provvederà a verificare l’**anomalia dell’offerta**. In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Sono **esclusi dalla gara** gli offerenti che non presentano le giustificazioni richieste entro il termine assegnato e le cui giustificazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell’offerta ed a garantire l’Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

All'esito del procedimento di verifica, il Seggio di Gara provvederà a rendere noti i risultati del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La Stazione Appaltante provvederà a verificare, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ordine generale e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni competenti.
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per partecipare alla gara qualora presentati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, richiedendo ai soggetti di cui sopra, di presentare entro 10 giorni dalla data di richiesta la documentazione comprovante detti requisiti;

Verificato il **possesso dei requisiti** di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare l'aggiudicazione definitiva.

Qualora non venga fornita la documentazione richiesta ovvero le verifiche sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e sui requisiti di ordine generale e di insussistenza di cause di esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva di partecipazione, si procederà alla determinazione della nuova graduatoria ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e, ricorrendone gli estremi, alla Procura della Repubblica, secondo l'art. 77 del D.P.R. 445/2000.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione alle Ditte Concorrenti risultate aggiudicatarie, nonché alle Ditte Concorrenti che nella graduatoria medesima saranno presenti e comunque a tutti i Concorrenti, l'esito della procedura.

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

Dopo il **controllo positivo** degli accertamenti d'ufficio relativi ai requisiti di ordine generale, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace e potrà essere stipulato il relativo contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì il diritto di **annullare la gara** o di **rinvviare l'apertura delle offerte** in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

L'Amministrazione provvederà a comunicare d'ufficio:

- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della parte amministrativa della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

ART. 12 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di inadempimento e di non corretto svolgimento del servizio, l'ASL invierà al Soggetto Aggiudicatario specifica contestazione scritta, assegnandole un termine massimo di 5 giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni.

L'ASL n. 1 di Sassari può procedere all'immediata risoluzione del contratto, unicamente comunicando al Soggetto Aggiudicatario la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

- 1) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 2) quando non si dia inizio all'erogazione dei servizi entro le date definite;
- 3) quando non sia impiegato il personale e/o le attrezzature con i requisiti stabiliti;
- 4) quando non sia garantita una idonea e sicura conservazione della documentazione;
- 5) in caso di ripetuta violazione degli obblighi dell'articolo 4, notificata regolarmente e non rimossa.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna, per l'intera durata del servizio, a disporre o stipulare le idonee assicurazioni a copertura di tutti i danni connessi o derivanti dalla esecuzione del servizio in oggetto anche in relazione a perdita di documentazione, furti, incendi ed eventi atmosferici (compresa alluvione), ivi compresi i danni derivanti dal trattamento dei dati personali in violazione della vigente normativa a tutela della privacy.

Inoltre, a copertura di ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà disporre o stipulare di opportuna copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi per danni subiti da persone o beni propri, dell'ASL o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al servizio, anche se eseguite da parte di terzi, nonché da qualsivoglia danno.

In caso di eccezioni sulla copertura dei sinistri da parte dell'assicuratore, l'operatore economico aggiudicatario dovrà rispondere in proprio dei danni derivanti dall'esecuzione del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE
per la fornitura di n.1 ICP massa ad alta risoluzione dotato di un Autocampionatore

Il Soggetto Aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre copia delle predette polizze.

ART. 14 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle norme del codice civile e alle norme disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

ART. 15 - FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Sassari.