Avviso di indagine conoscitiva di mercato per la fornitura in regime di service della fornitura di dispositivi per la brachiterapia prostatica interstiziale a basso rateo di dose con semi di I-125, con annesso servizio di trasporto e smaltimento destinata alla S.C. Urologia di Alghero dell'Asl n°1 di Sassari

STAZIONE APPALTANTE

- AZIENDA: ASL n.1 Sassari –Via Enrico Costa n. 57–07100 Sassari.
- STRUTTURA COMPETENTE: SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gianfranco Pazzola.
- REFERENTE ISTRUTTORIA: Sign. Antonello Saba.

1. Premessa

Questa Amministrazione con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato non vincolante ed utile per l'individuazione di operatori economici del settore e finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto attraverso procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato in questa indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura di cui sopra.
L'ASL n. 1 di Sassari si riserva, pertanto, in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, anche una volta acquisite le manifestazioni di interesse, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'operatore economico, ovvero procedere comunque anche in presenza di manifestazioni d'interesse ad estendere l'invito ad altri operatori economici al fine di favorire la massima partecipazione.

2. Oggetto dell'affidamento

L'affidamento avrà ad oggetto la fornitura del seguente materiale in comodato d'uso:

- 2 applicatori Mick per l'inserimento dei semi.
- Software per la pianificazione di impianti permanenti di brachiterapia prostatica con semi radioattivi, in grado di effettuare il calcolo della dose secondo protocollo AAPM TG-43 e successivi aggiornamenti;
- Dotato di 2 computer portatili con licenze software attive e installate su entrambi i pc nel caso uno di questi non funzionasse, schermo da 17" ad alta definizione, i pc devono essere in grado di effettuare la connessione diretta all'ecografo per l'acquisizione delle immagini (senza necessità di interventi dell'operatore per definire la risoluzione dell'immagine); e di effettuare la sovrapposizione automatica delle strutture contornate sulle immagini dal vivo durante l'impianto;

ASL Azienda Sanitaria Locale
Sede Legale: Via Enrico Costa n°57
Comune: 07100 - Sassari (SS)
P.IVA: 02884000908
C.F.: 02884000908
https://www.asl1sassari.it

SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie
Direttore Dott. Matteo Tamponi
Viale Amendola,55
07100 Sassari (SS)
EMAIL:
matteo.tamponi@aslsassari.it

SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie
Sezione Tecnologie Dott. Pazzola Gianfranco
Viale Amendola,55
07100 Sassari (SS)
EMAIL:
gianfranco.pazzola@aslsassari.it

SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie
Sezione Ict Dott. Zoroddu Giovanni
Viale Amendola,55
07100 Sassari (SS)
EMAIL:
giovanni.zoroddu@aslsassari.it

- I software devono essere dotati di pianificazione inversa (inverse planning), pianificazione real-time, fusione immagini US con quelle di RM e TC; ed in grado di importare e visualizzare i piani precedentemente salvati in formato Variseed;
- h) Tutte le licenze software devono essere aggiornate alla versione più recente;
- 5 griglie monouso di scorta, reintegrabili, con sterilità minima di 18 mesi.
- Radiometro con contatore Geiger.
- Supporto tecnico in sala per i primi 2 impianti e successivamente in modalità da remoto.
- Trasporto, consegna e formazione inclusi.

kit di materiale di consumo come dettagliato:

- SORGENTI SIGILLATE BIOCOMPATIBILI
- a) Sorgenti sigillate di Iodio 125 in forma di semi liberi con sistema dedicato, secondo quanto previsto dal piano di trattamento. I semi di Iodio I25 devono essere conformi alle norme ISO.
- b) La scelta dell'attività del seme con range fra almeno 0,43 mCi e 0,48 mCi (al giorno dell'impianto) e del numero dei semi necessari per ogni singola procedura deve essere a completa discrezione dell'equipe dell'ospedale senza alcuna limitazione. Le sorgenti devono essere calibrate da un istituto di metrologia delle radiazioni ionizzanti o da un centro accreditato. La consegna dei semi deve avvenire al massimo entro 10 giorni solari dall'ordine.
- Aghi applicatori (in acciaio, monouso, cavi internamente, per l'applicazione delle sorgenti);
- Aghi stabilizzatori con uncino per fissare la prostata ed impedirne i movimenti durante l'infissione degli aghi applicatori;
- Griglia alfanumerica monouso per consentire il corretto posizionamento degli aghi applicatori nella prostata per via transperineale, secondo quanto previsto dal piano di trattamento;
- Telini di copertura monouso in polietilene trasparente per proteggere l'unità di posizionamento e la sonda da eventuali liquidi biologici;
- Copertura monouso per sonda transrettale latex free con palloncino endocavitario per l'ottimizzazione del segnale della sonda ecografica;
- Ogni altro materiale di consumo necessario per l'effettuazione dell'impianto

DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA DI OPERATORI E PAZIENTI

- Camera a ionizzazione per il controllo radiometrico in sala operatoria e dei pazienti impiantati prima della dimissione;

3. REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA E DELLA FORNITURA

a) Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere fornita tipologia e pianificazione degli interventi, con riferimento anche ai manuali e alle schede tecniche delle apparecchiature;

b) L'intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire con la massima tempestività e in ogni caso entro le otto ore lavorative dalla chiamata;

c) In caso di fermo macchine per guasto alle apparecchiature, il ripristino operativo deve essere garantito entro 72 ore solari a partire dal giorno successivo della chiamata;

d) La ditta si impegna a garantire l'assistenza tecnica con un numero illimitato di chiamate.

e) Ritiro e smaltimento semi inutilizzati ogni quadrimestre a carica della ditta fornitrice.
f) Possibilità di cancellare un ordine (per esempio per un paziente che salta entro 7 giorni dalla data prevista di spedizione.

Luogo di esecuzione: le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate presso la struttura indicata dal bando.
Durata del contratto: relativamente alle prestazioni di garanzia e del servizio di assistenza e manutenzione full risk, il contratto avrà una durata pari al totale della fornitura.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse, modulo di invito, redatta e sottoscritta dal proprio legale rappresentante con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:

"Eventuale fornitura in regime di service della fornitura di dispositivi per la brachiterapia prostatica interstiziale a basso rateo di dose con semi di I-125, con annesso servizio di trasporto e smaltimento destinata alla S.C. Urologia di Alghero dell'Asl n°1 di Sassari"

Il modulo di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
scflussiinformativi.tecnologiesanitarie@pec.aslsassari.it

5. Informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso l'apposita PEC all'indirizzo sopra indicato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso sull'albo pretorio dell'ASL di Sassari.
Le risposte verranno rese via PEC entro 48h lavorative dalla ricezione.

6. Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell'indagine di mercato

L'operatore economico dovrà inviare la manifestazione di interesse esclusivamente tramite la PEC entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione di questo avviso sull'albo pretorio dell'ASL di Sassari.

La manifestazione di interesse dovrà essere conforme all'Allegato 1 – "Manifestazione di interesse", sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.
In caso di Consorzio ordinario o RTI costituendo, la suddetta manifestazione di interesse dovrà essere prodotta dall'impresa qualificata come mandataria e sottoscritta da ciascuna delle consorziande o ciascuna delle imprese raggruppande.
In caso di Consorzio ordinario o RTI costituito, sarà sufficiente la manifestazione di interesse prodotta e sottoscritta dalla sola mandataria.
In caso di Consorzio Stabile, la manifestazione di interesse dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso.
Non saranno prese in considerazione ai fini della fase ad inviti le imprese le cui manifestazioni di interesse pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o vengano inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente avviso.

La scadenza è fissata entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'ASL 1 Sassari con il candidato non costituendo procedura di gara.

IL Direttore Dott. Matteo Tamponi
S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE

MATTEO TAMPONI
Firmato digitalmente da MATTEO TAMPONI
Data: 2026.11.05 11:56:44 +01'00'

IL RUP

GIANFRANCO PAZZOLA
Firmato digitalmente da GIANFRANCO PAZZOLA
Data: 2026.11.05 11:56:16 +01'00'

Allegati:
Allegato 1 – Modulo adesione
Allegato 2 – Trattamento dati Personali

ASL Azienda Sanitaria Locale
Sede Legale: Via Enrico Costa n°57
Comune: 07100 - Sassari (SS)
P.IVA: 02884000908
C.F.: 02884000908
https://www.asl1sassari.it

SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie
Direttore Dott. Matteo Tamponi
Viale Amendola,55
07100 Sassari (SS)
EMAIL:
matteo.tamponi@aslsassari.it

SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie
Sezione Tecnologie Dott. Pazzola Gianfranco
Viale Amendola,55
07100 Sassari (SS)
EMAIL:
gianfranco.pazzola@aslsassari.it

SC Flussi informativi e Tecnologie Sanitarie
Sezione Ict Dott. Zoroddu Giovanni
Viale Amendola,55
07100 Sassari (SS)
EMAIL:
giovanni.zoroddu@aslsassari.it